

高分辨三维 X 射线显微镜项目

招标澄清文件

(招标编号：0705-264610026199/09)

一、招标澄清：

序号	招标文件原内容	澄清内容
1.	5.4.11 离子束束流强度：覆盖 1pA~100nA；内置法拉第杯测试读取；读取数据满足测试指标即为合格	经核实，该指标系其他设备验收指标，与本项目采购范围无关。现予以删除，不作为本项目的评审及验收依据。
2.	5.4.12 离子束加速电压：覆盖 0.5kV~30kV；内置法拉第杯测试读取；读取数据满足测试指标即为合格	经核实，该指标系其他设备验收指标，与本项目采购范围无关。现予以删除，不作为本项目的评审及验收依据。

请各投标人在 2026 年 6 月 15 日 16 时之前发送回执页至邮箱 baoqi@shabidding.com 以确认收到。若未在规定时间内发送回执页至邮箱的，视为收到澄清内容并且不影响投标文件编制。

上海芯源创新中心

上海国际招标有限公司（盖章）

2026 年 6 月 10 日

回 执

我司已收到上述《高分辨三维 X 射线显微镜项目招标澄清文件》（招标编号：0705-264610026199/09），并确认：

本次招标澄清的内容不影响投标文件编制时间。

本次招标澄清第_____条的内容影响了我方投标文件

的编制时间，原因如下：（请简要表述）

潜在投标人名称（盖章）：
